GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Maxi Sky 1000

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute lésion oculaire ou cutanée, toujours utiliser des lunettes et des gants de protection. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation des yeux ou de la peau, contacter un médecin. Lire attentivement le mode d'emploi et la fiche de données de sécurité du désinfectant.

Nettoyer et désinfecter avant chaque nouveau patient.

Accessoires nécessaires :

- Gants et lunettes de protection
- Linge jetable

1. Utiliser un chiffon imbibé d'eau pour éliminer tout excès de résidus du lève-personne et de ses accessoires en procédant de haut en bas.
2. Utiliser un chiffon humide (eau chaude mélangée à un détergent doux) pour frotter l'équipement de haut en bas afin d'éliminer tous les résidus visibles.
3. Rincer tout résidu de détergent à l'eau propre.
4. Essuyer avec un chiffon sec.

Les zones indiquées sont plus susceptibles de contenir des saletés et des microbes ; attention aux points suivants :

- Bord de la télécommande
- Verso et poignée de la télécommande
- Joint entre le berceau mobile et la sangle
- Cadre et rembourrage du berceau
- Loquet de sécurité

Afin d'optimiser la mobilité des roues du chariot, nettoyer l'intérieur du rail au minimum tous les quatre mois. Pour cela, insérer un chiffon humide dans l'ouverture et le faire glisser d'une extrémité à l'autre du rail.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

001-14738-FR Rev 0 • 09/2020

with people in mind