GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - UTILIZAÇÃO

Maxi Sky 440

Transferência do paciente

1

Coloque a funda em torno do paciente. No caso de fundas com suporte para a cabeça, certifique-se de que se estendem até ao topo da cabeça do paciente.

2

Prima o botão «DOWN» (Para baixo) no comando manual para desenrolar a extensão, mantendo a tensão na extensão com a outra mão.



Fixe o mosquetão à maca e desloque o elevador por cima do paciente.

3



Desça o elevador abaixo do queixo e desdobre os suportes.
Para um paciente numa posição decúbito dorsal, baixe o elevador perto do peito, desdobre os suportes e instale as extensões.

4

Para prender a funda, insira a alça da extensão no suporte e puxe cuidadosamente a extensão.

5

Funda com alças



Certifique-se de que o trinco de segurança está fechado.

6



Para elevar o paciente, prima o botão UP (Para cima) no comando manual.
Eleve até as nádegas do paciente saírem dos suportes dos braços da cadeira de rodas, da parte superior da banheira ou da cama, antes de o deslocar.

Oriente as pernas do paciente para passar quaisquer obstáculos.

7

Mova o paciente.

8

Quando o paciente estiver colocado por cima do ponto de transferência pretendido e preparado para ser baixado, prima o botão DOWN (Para baixo).

9

Logo que o paciente esteja corretamente sentado, solte as alças e desmonte a funda do elevador.

Desprenda o elevador da maca.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

001-16507-PT Rev 0 • 08/2020

arjo
with people in mind