

Maxi Sky 2 PLUS



ADVERTENCIA



Para evitar lesiones oculares y cutáneas, utilice siempre gafas y guantes de protección. Si se produjese contacto, aclare con abundante agua. Si los ojos o la piel se irritan, póngase en contacto con un médico.

Consulte siempre las instrucciones de uso y la ficha de datos de seguridad de materiales del desinfectante.

Agentes desinfectantes permitidos	Amonio cuaternario ≤ 0.21% (2100 ppm)	Alcohol isopropílico ≤ 70%	Fenol ≤ 1,56 % (15 600 ppm)	Lejía ≤ 1% (10 000 ppm)	Ácido peracético ≤ 0.25% (2 500 ppm)	Peróxido de hidrógeno ≤ 1.5%
Modelo estándar (correa tejida de nailon y bastidor con acolchado)	X	X	X			
Modelo para control de infecciones (correa con revestimiento y bastidor sin acolchado) *	X	X	X	X	X	X
Otros accesorios **	X	X	X	X	X	X

* Algunas partes del bastidor pueden decolorarse tras un contacto repetido con lejía, ácido peracético o peróxido de hidrógeno.

** El cable de sujeción manual puede ensuciarse un poco tras un contacto repetido con la lejía o el peróxido de hidrógeno.

Limpie y desinfecte antes de cada paciente.

Accesorios necesarios:

- Gafas y guantes de protección
- Paño desechable

Limpieza:

1. Limpie el exceso de residuos de la grúa y sus accesorios con un paño humedecido en agua desde arriba hacia abajo.
2. Use un trapo limpio humedecido con agua templada mezclada con un limpiador líquido.
3. Friegue el equipo de arriba a abajo para quitar cualquier depósito.
4. Utilice un paño limpio humedecido con agua limpia para quitar todas las marcas que dejan los líquidos de limpieza.
5. A continuación, limpie con un paño seco.

Por acumular suciedad y microbios con mayor facilidad, preste atención a las siguientes zonas:

- Bordes del mando de control
- Parte posterior y asa del mando de control
- Junta entre el bastidor y la correa
- Estructura y funda del bastidor
- Cordón de emergencia
- Correa

Desinfección

6. Limpie la Maxi Sky 2 Plus y sus accesorios con una solución que contenga uno de los desinfectantes compatibles.
7. Los métodos de desinfección deben cumplir con la normativa local o nacional, dependiendo del centro sanitario o el país en el que se utilicen. En caso de duda, consulte a un especialista local en control de infecciones.

