AtmosAir Velaris

CE UK CA 2797 0086

Désinfectants

DÉSINFECTANT	SYSTÈME DE MATELAS HYBRIDE	HOUSSE SUPÉRIEURE	HOUSSE INFÉRIEURE
Solution alcoolique ≤ 70 %	●	●	●
Solution chlorée ≤ 1 % (10,000 ppm)[1]	●	●	●
Ammonium quaternaire 1 920 ppm	●	●	●
Solution d'ammonium quaternaire à 3-15 %		●	●
Solution de peroxyde d'hydrogène de 3-10 %		●	

[1] Les concentrations de chlore peuvent varier de 250 ppm à 10 000 ppm en fonction des politiques locales et du niveau de contamination.

REMARQUE

Rincer et sécher soigneusement à l'eau claire pour éliminer les produits chimiques résiduels après la désinfection avec chaque produit chimique avant le stockage.

AVERTISSEMENT

- **Pour éviter les blessures cutanées et oculaires, veillez à toujours utiliser des lunettes et des gants de protection. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau. En cas d'irritation des yeux ou de la peau, contactez votre médecin.**
  Veuillez lire attentivement la fiche de données de sécurité du désinfectant.
- **Pour éviter tout risque d'électrocution, déconnectez toujours la pompe de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage et à l'inspection.**
- **Pour éviter tout risque de contamination croisée, respectez toujours les consignes de désinfection du présent mode d'emploi.**
- **Pour éviter des irritations cutanées ou oculaires, ne procédez jamais à la désinfection en présence d'un patient.**

Accessoires nécessaires pour le nettoyage/la désinfection

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Vaporisateur contenant une solution de nettoyage
- Vaporisateur contenant un désinfectant
- Vaporisateur contenant de l'eau
- Chiffons



arjo EMPOWERING MOVEMENT

Nettoyage et désinfection

(26 étapes)

Respectez toujours les étapes suivantes pour un nettoyage et une désinfection corrects après chaque patient.

Préparation de la pompe

1. Débranchez la pompe du matelas.
2. Sélectionnez le mode Veille sur l'unité de pompage. Débranchez la pompe de la source d'alimentation.

Nettoyage de la pompe

3. Portez des gants et des lunettes de protection.
4. Vaporisez la solution de nettoyage sur un chiffon propre.
5. Passez sur toutes les zones de la pompe pour éliminer tout dépôt ou saleté visible.
6. Si nécessaire, nettoyez toutes les zones contenant des salissures résiduelles à l'aide du chiffon.
7. Utilisez un nouveau chiffon imbibé d'eau pour effacer toute trace de la solution de nettoyage.
8. Utilisez un chiffon sec pour éliminer l'excès d'humidité présent sur la pompe.

Désinfection de la pompe

9. Pulvérisez la solution désinfectante sur un chiffon propre et essuyez toutes les parties de la pompe.
10. Laissez le désinfectant agir conformément aux instructions fournies par le fabricant du désinfectant.
11. Utilisez un nouveau chiffon imbibé d'eau pour éliminer toute trace de solution désinfectante présente sur la pompe.
12. Utilisez un chiffon sec pour éliminer l'excès d'humidité présent sur la pompe.
13. Laissez la pompe sécher à l'air libre.

Nettoyage des housses de matelas/coussin d'assise

REMARQUE

Le degré de saleté de la housse supérieure doit être évalué. Si la saleté est jugée excessive, la housse supérieure doit être lavée. La housse inférieure doit toujours être nettoyée et désinfectée en frottant.

14. Pulvériser la solution de nettoyage sur toutes les surfaces externes des housses supérieure et inférieure du matelas/coussin d'assise. Veiller à essuyer soigneusement le connecteur du matelas et la cavité du connecteur. Éliminer toute la saleté à l'aide d'un chiffon propre.
15. Si nécessaire, nettoyez les zones présentant des salissures résiduelles (par ex. les poignées) avec la solution de nettoyage.
16. Utilisez un nouveau chiffon imbibé d'eau pour éliminer toute trace de la solution de nettoyage.
17. Utilisez un chiffon sec pour éliminer l'excès d'humidité.

Désinfection des housses de matelas/coussin d'assise

18. Pulvériser la solution désinfectante sur un chiffon propre et nettoyer toutes les zones externes et les poignées des housses supérieure et inférieure du matelas/coussin d'assise. Veiller à essuyer soigneusement le connecteur du matelas et la cavité du connecteur.
19. Laissez le désinfectant agir conformément aux instructions fournies par le fabricant du désinfectant.
20. Utilisez un nouveau chiffon imbibé d'eau pour essuyer toute trace de solution désinfectante présente sur le matelas/coussin d'assise.
21. Utilisez un chiffon sec pour éliminer l'excès d'humidité.
22. Laissez les housses supérieure et inférieure du matelas/coussin d'assise sécher à l'air libre.

Lavage de la housse supérieure du matelas/coussin d'assise

23. Ouvrez la fermeture à glissière et retirez la housse supérieure du matelas/coussin d'assise.
24. Lavez la housse supérieure à une température maximale de 80 °C (176 °F) avec du détergent.
25. Après le lavage, laissez (de préférence) la housse sécher à l'air libre ou au sèche-linge à 40 °C (104 °F) ou à 80 °C (176 °F) maximum.
26. Une fois la housse sèche, replacez-la sur le matelas/coussin d'assise.