GUIDA RAPIDA - USO

Parker

CE 2797 UK CA 0086

Pre-riempire il pozzetto

1



Accertarsi che la vasca sia in posizione verticale.

2



Chiudere lo scarico.

3



Rischio di scottatura

Premere il pulsante di riempimento automatico. Provare l'acqua con la mano nuda e regolare la temperatura se necessario.

4



Il riempimento si ferma quando il pozzetto è pieno.

Far sedere il paziente

5

Aprire completamente lo sportello della vasca.

6

Regolare l'altezza della vasca in base al paziente.

7

Rischio di caduta

Aiutare il paziente a entrare nella vasca.

8



Rischio di intrappolamento

Chiudere e bloccare lo sportello della vasca.

Lavare il paziente

9

Inclinare la vasca.

10

Regolare l'altezza della vasca in base all'assistente.

11

Rischio di scottatura

Per aggiungere altra acqua, premere il pulsante di riempimento automatico. Provare l'acqua con la mano nuda e regolare la temperatura se necessario.

Fare la doccia al paziente

12



Estrarre la doccetta.

13

Attivare il pulsante per doccia.

14



Rischio di scottatura

Premere il grilletto della doccetta. Provare l'acqua con la mano nuda.

15



Far provare al paziente la temperatura dell'acqua. Se necessario, regolare la temperatura.

16

Fare la doccia al paziente.

Fine del bagno

17

Disattivare il pulsante per doccia.

18



Rimettere la doccetta nell'apposito supporto.

19



Aprire lo scarico.

20



A intervalli, inclinare la vasca fino a riportarla in posizione verticale.

21



Mantenere il paziente al caldo usando la doccia o degli asciugamani.

22

Abbassare la vasca.

23



Accertarsi che il livello dell'acqua sia al di sotto dell'apertura dello sportello.

24



Aprire completamente lo sportello della vasca.

25

Rischio di caduta

Asciugare il paziente. Aiutare il paziente a uscire dalla vasca.

26

Rischio di contaminazione

Dopo ogni paziente: pulire e disinfettare la vasca secondo le istruzioni riportate nelle Istruzioni per l'uso (IFU) o nella Guida rapida (QRG) sulla pulizia e la disinfezione.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AL.00_7IT • 04/2023

arjo EMPOWERING MOVEMENT