System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797 UK CA 0086

Vorbereitungen

1



Die Badewanne ganz senken.

2



Baden mit Hygiene-Sitzlifter: Bringen Sie das Kopfpolster an. Baden mit einer Badeliege: Bringen Sie das Kopfpolster oder die Fußstütze nicht an.

3

Die Taste Einfüllautomatik drücken. Prüfen Sie die Wassertemperatur mit bloßer Hand. Die Wassertemperatur ggf. regulieren.

4



Schließen Sie den Abfluss.

Baden des Patienten mit einem Hygiene-Sitzlifter

5



Positionieren Sie den Hygiene-Sitzlifter diagonal an der Seite der Badewanne.

6

Heben Sie den Hygiene-Sitzlifter so an, dass ausreichend Abstand zwischen dem Intimbereich des Patienten und dem Badewannenrand besteht.

7



Bewegen Sie den Hygiene-Sitzlifter zur Badewanne. Heben Sie die Beine des Patienten über den Badewannenrand, während Sie den Lifter in Position drehen.

8

Lassen Sie den Patienten das Wasser mit seinem Fuß fühlen. Die Wassertemperatur ggf. regulieren.

9



Den Sitz mittig über der Badewanne ausrichten und ganz an Badewannenrand und -füße heranbringen.

10



Den Hygiene-Sitzlifter auf eine ergonomische Höhe für die Pflegekraft einstellen. Heben Sie die Badewanne an. Stellen Sie sicher, dass genug Abstand zwischen dem Intimbereich des Patienten und dem Badewannenrand besteht.

11



Ggf. die Fußstütze anbringen. Baden Sie den Patienten.

Baden des Patienten mit einem Badeliegelifter

12



Den Liegelifter seitlich hinter die Badewanne positionieren.

13



Die Liege des Liegelifters ausreichend über die Badewannenkante heben.

14



Liegelifter mit Patient diagonal über den Badewannenrand bringen.

15



Den Liegelifter mittig ausrichten und ganz an Badewannenrand und -füße heranbringen.

16



Den Badeliegelifter auf eine ergonomische Höhe für die Pflegekraft einstellen. Die Badewanne so weit anheben, dass die Liege die Unterseite der Wanne berührt.

17

Ggf. die Fußstütze anbringen. Baden Sie den Patienten.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Hydromassage (Sonderausstattung)

Einklemmgefahr



Bringen Sie die Absaugabdeckung vor dem Gebrauch an.



Füllen Sie die Badewanne mit Wasser, um die Öffnung des Hydromassage-Systems (A) und den oberen Sensor (B) zu bedecken.



Drücken Sie die Taste Hydromassage-System. Die Standardlaufzeit beträgt 15 Minuten. Beginnen Sie mit niedriger Intensität. Falls notwendig anpassen.



Stellen Sie die Richtung der Wasserdüse ein.

Schalten Sie das Hydromassage-System nach der Anwendung wieder aus.

Hydrosound (Sonderausstattung)

Niemals während der Schwangerschaft verwenden.



Füllen Sie die Badewanne mit Wasser, um die Wandlerplatte des Hydrosound-Systems zu bedecken. Fügen Sie Arjo Sound-Wasserconditioner hinzu.

Gefahr von Verbrennungen und Gehörschäden.

Die Wandlerplatte nicht berühren und den Kopf des Patienten über Wasser halten.



Drücken Sie die Taste Hydrosound-System. Die Standardlaufzeit beträgt 15 Minuten.



P300



P220

Stellen Sie die Hydrosound-Intensität ein.

Schalten Sie das Hydrosound-System nach der Anwendung wieder aus.

Duschen des Patienten

18



Öffnen Sie den Abfluss.

19



Heben Sie die Rückenlehne an. Bitten Sie den Patienten, sich auf die Armlehnen stützen.

20



Die Badewanne ganz senken.

21



Nehmen Sie den Duschgriff. Drücken Sie die Duschtaste. Nehmen Sie den Duschgriff in die Hand und richten Sie ihn vom Patienten weg.

22

Verbrühungsrisiko

Den Hebel am Duschgriff drücken. Prüfen Sie die Wassertemperatur mit bloßer Hand. Die Wassertemperatur ggf. regulieren.

23



Den Patienten das Wasser mit seiner Hand fühlen lassen, bevor der Wasserstrom auf den Patienten gerichtet wird. Die Wassertemperatur ggf. regulieren.

24

Duschen Sie den Patienten.

25



Entsperren Sie den Auslöser des Duschgriffs, wenn die Sperrtaste aktiviert ist. Drücken Sie die Duschtaste. Legen Sie den Duschgriff zurück.

Beenden des Badevorgangs

26



Trocknen Sie den Patienten ab.

27



Halten Sie den Patienten mit Handtüchern oder einem Bademantel warm.

28



Die Badewanne ganz senken.

29



Heben Sie den Hygiene-Sitzlifter so an, dass ausreichend Abstand zwischen dem Intimbereich des Patienten und dem Badewannenrand besteht.

30

Einklemmrisiko



Helfen Sie dem Patienten dabei, seine Beine über den Rand zu heben, während der Lifter von der Badewanne weggedreht wird.

31



Sicherstellen, dass zwischen Badewanne und Hygiene-Sitzlifter ausreichend Abstand vorhanden ist.

32



Den Hygiene-Sitzlifter senken. Die übrigen nassen Körperbereiche abtrocknen.

33

Risiko einer Kontamination

Nach jedem Patienten:

Reinigen und desinfizieren Sie die Badewanne gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder in der Kurzanleitung „Reinigung und Desinfektion“.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

EMPOWERING MOVEMENT