Carevo

Čištění

Povolené dezinfekční prostředky
- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Příslušenství
- Ochranné brýle
- Ochranné rukavice
- Rozprašovací láhev (není-li k dispozici sprchový panel)
- Dezinfekční prostředek
- Jednorázové utěrky
- Měkký čistící kartáč
- Kartáč na lahve

1



Nasaďte si ochranné rukavice a brýle.

2



Zkontrolujte, zda je dezinfekční prostředek smíchán podle:
– štítku na láhvi dezinfekčního prostředku nebo
– směsného poměru uvedeného v návodu sprchového panelu

3



Odstraňte spodní odtok a polštář.

4



Opláchněte vodou. Začněte od horní části matrace a pokračujte dolů ke kolečkům.

5



Vypláchněte spodní odtok a polštář.

Pokračujte kroky na následující straně

EMPOWERING MOVEMENT

Čištění – pokračování

6

Použijte jemný čisticí kartáč s dezinfekčním prostředkem. Začněte drhnout od horní části matrace a pokračujte dolů ke kolečkům.
Použijte kartáč na láhve namočený v dezinfekčním prostředku.
Vyčistěte horní odtok.

7



Očistěte spodní stranu matrace, nosné desky a vnější povrch horního odtoku.

8



Použijte jemný čisticí kartáč.
Polštář a spodní odtok vydrhněte samostatně.
Vyvarujte se kontaktu s matrací, dokud není polštář vydezinfikován.

Dezinfekce

9



Zvedněte matraci a položte ji přes nožní panel a postranice. Zadní strana matrace by měla směřovat nahoru.
Nastříkejte dezinfekční prostředek na zadní stranu matrace.

10

Očistěte zadní stranu matrace jednorázovou utěrkou.

11



Nastříkejte dezinfekční prostředek a očistěte následující díly v hlavové části: hlavový panel, postranice, nosnou desku a flexibilní zónu utěrkou na jedno použití.

Pokračujte kroky na následující straně

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Dezinfekce – pokračování

12



Položte vydezinfikovanou zadní stranu matrace přes vydezinfikovaný hlavový panel a postranice. Nevydezinfikovaná vnitřní část matrace by měla směřovat nahoru.
Vytlačte záhyby v rozích matrace.

13

Nastříkejte dezinfekční prostředek a očistěte vnitřní část matrace jednorázovou utěrkou.
Zatlačte záhyby v rozích matrace.

14



Nastříkejte dezinfekční prostředek a očistěte následující díly v nožní části:
nožní panel, postranice, nosnou desku, flexibilní zónu a horní odtok utěrkou na jedno použití.

15



Nastříkejte dezinfekční prostředek do horního odtoku a vyčistěte kartáčem na láhve.

16



Položte matraci do její původní polohy.

17



Nastříkejte dezinfekční prostředek.
Začněte od horní části matrace a pokračujte dolů ke kolečkům.

18

Čištění provádějte jednorázovou utěrkou.
Začněte od horní části matrace a pokračujte dolů ke kolečkům.

19



Dezinfekční prostředek nechte působit po uvedenou dobu.

Pokračujte kroky na následující straně

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Dezinfekce – pokračování

20



Nastříkejte dezinfekční prostředek a očistěte samostatně polštář a spodní odtok jednorázovou utěrkou.

21



Připevněte spodní odtok k hornímu odtoku a položte polštář na matraci.

22



Opláchněte všechny části studenou vodou, dokud nezmizí veškeré stopy po dezinfekčním prostředku.
Začněte od horní části matrace a pokračujte dolů ke kolečkům. Opláchněte spodní část matrace.

23

Otřete všechny části dosucha pomocí jednorázových utěrek.