MultiClean

CE 2797

Procédez au réglage de la concentration de la désinfection

1



Déverrouillez et ouvrez la porte (A). Vérifiez qu'une bouteille de produit de nettoyage ou de désinfectant se trouve sur l'étagère intérieure (B).

2



Ouvrez l'alimentation en eau (A).

3



Allumez l'appareil (A).

4



Retirez la douchette de son support. Éloignez-la de vous-même.

5



Tournez la commande de sélection des fonctions afin de la placer sur la fonction de désinfection (A) Jaune = désinfecter.

6



Appuyez sur la gâchette de la douchette (A).

7



Vérifiez la valeur du liquide sur le réglage du débitmètre. Vérifiez que le mélange est correct lors du démarrage de la désinfection (voir le mode d'emploi du MultiClean).

8



Pour ajuster le mélange, utilisez la vis de réglage située sur le connecteur du flacon et tournez-la dans le sens horaire pour réduire la valeur, et dans le sens antihoraire pour l'augmenter.

9



Remettez la douchette dans son support (A).

10



Fermez et verrouillez la porte (A). Éteignez l'appareil (B).

arjo
with people in mind

Nettoyez et désinfectez les systèmes de bain et les produits pour la douche

Risque de blessure
N'utilisez PAS
le produit pour la
douche du patient.

1

Activez la fonction de désinfection. Prenez la douchette et dirigez-la en direction du produit. Allumez l'appareil.
Pour le nettoyage d'une baignoire, fermez la bonde.

2

Pour le nettoyage d'une baignoire avec système Air Spa, placez la douchette de désinfection dans le port d'injection. Appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée. Le désinfectant doit sortir de toutes les buses pendant au moins 30 secondes.

3

Vaporisez le désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire, sur toutes les surfaces des produits pour la douche et sur toutes les surfaces des accessoires.

4

Frottez minutieusement toutes les surfaces désinfectées.

5

Laissez agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi. Essuyez toutes les autres surfaces et tous les autres accessoires à l'aide d'un chiffon imbibé de désinfectant.

6

Activez la fonction de rinçage.

Pour le nettoyage d'une baignoire, ouvrez la bonde. Videz la baignoire de la solution désinfectante restante.

7



Pour le nettoyage d'une baignoire avec système Air Spa, placez la douchette dans le port d'injection. Appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée. De l'eau doit sortir de toutes les buses.

8

Rincez toutes les pièces. Assurez-vous qu'il ne reste plus de désinfectant dans le système de bain ou les produits pour la douche.

9



Pour le nettoyage d'une baignoire avec Air Spa, activez et laissez fonctionner l'Air Spa pendant 30 secondes jusqu'à ce que toute l'eau résiduelle soit évacuée du système.

10

Après la dernière désinfection de la journée, séchez l'équipement de bain ou de douche et les accessoires. Éteignez le MultiClean. Fermez l'alimentation en eau.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind