Alenti

CE 2797

Cambio de posición desde una posición de pie

1

Accione los frenos en la grúa Alenti.

2

Repliegue el reposamanos.

3



Ajuste la altura de la grúa Alenti. Asegúrese de que el asiento esté nivelado con la parte posterior de las rodillas del paciente. Ayude al paciente a sentarse.

4

Riesgo de caída



Pliegue el reposamanos hacia delante.

5

Asegúrese de que el paciente esté en posición erguida en el centro del asiento.

6



Asegúrese de que el paciente está sentado con:
- las nalgas en el respaldo del asiento;
- la espalda contra el respaldo y
- las manos en el reposamanos.

7



Asegure al paciente con la correa de seguridad.

8

Riesgo de caída

Ajuste la grúa Alenti a una altura segura y ergonómica.

9

Suelte los frenos.

10



Utilice las asas para traslado para realizar la transferencia del paciente.

arjo
with people in mind

Cambio de posición a una posición de pie

1

Baje la grúa Alenti hasta que los pies del paciente toquen el suelo.

2

Accione los frenos en la grúa.

3

Repliegue el reposamanos alejado del paciente.

4



Suelte la correa de seguridad, póngala alrededor de la parte superior del brazo del asidero del reposamanos y ayude al paciente a levantarse.

with people in mind

Transferencia desde un bipedestador con elevación

1

Repliegue
el reposamanos.

2

Con la espalda del paciente orientada hacia el asiento de la grúa Alenti, coloque el bipedestador con elevación lo más cerca posible de la grúa.

3

Accione los frenos en la grúa.

4



Baje al paciente hasta el asiento de la grúa Alenti. Desenganche el arnés.

5

Pliegue hacia delante el reposamanos para que el paciente pueda agarrarse a él.

6



Eleve la grúa Alenti hasta que los pies del paciente dejen de tocar el bipedestador con elevación.
Retire el arnés del paciente.

7

Riesgo
de caída

Asegúrese de
que el paciente está sentado con:
- las nalgas en el respaldo del asiento;
- la espalda contra el respaldo y
- las manos en el reposamanos.

8

Riesgo
de caída



Asegure al paciente con la correa de seguridad.
Retire el bipedestador con elevación.
Ajuste la grúa Alenti a una altura ergonómica.

9

Suelte los frenos.

arjo
with people in mind

Transferencia a un bipedestador con elevación

1

Baje la grúa Alenti.

2



Coloque el bipedestador con elevación delante del paciente.

3

Deje los frenos de la grúa Alenti desbloqueados.

4

Active los frenos

Aplique los frenos del bipedestador con elevación.

5

Repliegue el reposamanos alejado del paciente.

6



Coloque los pies del paciente en el reposapiés del bipedestador con elevación.

7



Quite la correa de seguridad y colóquela alrededor de la parte superior del reposamanos.

8

Coloque el arnés alrededor del paciente.
Fije el arnés al bipedestador con elevación.
Eleve suavemente el bipedestador con elevación.

9

Suelte los frenos del bipedestador con elevación y aleje el dispositivo y al paciente lentamente de la grúa Alenti.

arjo
with people in mind

Cambio de posición desde la posición de sentado en la cama

1

Active los frenos de la cama.
Repliegue el reposamanos.

2



Coloque la parte delantera de la grúa Alenti hacia el lado de la cama con el asiento de la grúa Alenti más bajo que la cama.

3

Accione los frenos en la grúa Alenti.

4



Deje que el paciente se mueva de la cama a la grúa Alenti.

5

Pliegue hacia delante el reposamanos para que el paciente pueda agarrarse a él.

6

Asegúrese de
que el paciente está sentado con:
- las nalgas en el respaldo del asiento;
- la espalda contra el respaldo y
- las manos en el reposamanos.

7



Asegure al paciente con la correa de seguridad.
Ajuste de la grúa Alenti a una altura ergonómica.

8

Suelte los frenos.

arjo
with people in mind

Cambio de posición a la posición de sentado en la cama

1



Ajuste la grúa Alenti a una altura adecuada. Coloque la grúa Alenti con la parte delantera orientada hacia el lado de la cama.

2

Active
los frenos

Accione los frenos en la grúa Alenti. Active los frenos de la cama.

3



Quite la correa de seguridad y colóquela alrededor de la parte superior del brazo del asidero del reposamanos.

4

Repliegue el reposamanos alejado del paciente.

5



Deje que el paciente se traslade él mismo hacia la cama desde la grúa Alenti.

6



Asegúrese de que el paciente esté sentado en posición erguida y de forma segura a un lado de la cama antes de retirar la grúa Alenti.

arjo
with people in mind

Bañar al paciente

1



Baje la bañera hasta su altura mínima. Eleve la grúa de forma que quede un espacio entre los genitales del paciente y el borde de la bañera.

2

Coloque la grúa en diagonal orientada hacia la cabecera de la bañera.

3

Riesgo de aplastamiento



Ayude al paciente a pasar las piernas sobre el borde de la bañera mientras gira la grúa hasta su posición.

4



Permita que el paciente toque el agua.
Regule la temperatura, en caso necesario.

5



Centre la grúa sobre la bañera hasta que entre en contacto con esta.

6

Riesgo de aplastamiento

Baje la grúa a una altura cómoda para el cuidador.
Suba la bañera.
Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo queda atrapada.

7 **Opcional**

Si el paciente así lo desea y está capacitado para ello:

1. Retire la correa de seguridad del respaldo.
2. Incline al paciente hacia delante.
3. Repliegue el respaldo.
4. Incline al paciente hacia atrás contra la bañera.
5. Repliegue el reposamanos alejado del paciente.

8

Bañar al paciente.

arjo
with people in mind

Después del baño

1



Abra el desagüe.
Si se ha plegado el reposamanos, despliéguelo hasta que quede por delante del paciente.

2

Riesgo de caída



Asegúrese de que el paciente está sentado con:
- las nalgas en el respaldo del asiento;
- la espalda contra el respaldo y
- las manos en el reposamanos.

3



Incline al paciente hacia delante y gire hacia delante el brazo del asidero del respaldo.
Abroche la correa de seguridad.

4



Baje la bañera hasta su posición más baja. Inicie la ducha y deje que el paciente note el agua con la mano. Regule la temperatura, en caso necesario. Duche al paciente.

5

Seque al paciente y coloque toallas para mantenerlo caliente y cómodo.

6



Asegúrese de que el paciente esté en posición erguida en el centro del asiento.

7

Eleve la grúa de forma que quede un espacio entre los genitales del paciente y el borde de la bañera. Lave y seque los pies del paciente.

8

Riesgo de aplasta-miento



Ayude al paciente a pasar las piernas por encima del borde de la bañera mientras gira la grúa para retirarla de la bañera.

9

Riesgo de vuelco

Asegúrese de que la grúa Alenti no tiene ningún obstáculo cerca de ella.
Baje la grúa.