Alenti

CE 2797

Trasferimento dalla posizione eretta

1

Inserire i freni sul sollevapazienti Alenti.

2

Piegare indietro il bracciolo.

3



Regolare l'altezza del sollevapazienti Alenti. Accertarsi che il sedile sia alla stessa altezza del retro delle ginocchia del paziente. Aiutare il paziente a sedersi.

4

Piegare in avanti il bracciolo.

5

Accertarsi che il paziente si trovi in posizione eretta al centro del sedile.

6

Accertarsi che il paziente sia seduto con:
- le natiche sulla parte posteriore del sedile;
- la schiena contro lo schienale;
- le mani sul poggiamani.

7



Assicurare il paziente con la cintura di sicurezza.

8

Regolare il sollevapazienti Alenti a un'altezza sicura ed ergonomica.

9

Disinserire i freni.

10



Per trasferire il paziente utilizzare le impugnature di trasporto.

arjo
with people in mind

Trasferimento alla posizione eretta

1

Abbassare il sollevapazienti Alenti finché i piedi del paziente non toccano il pavimento.

2

Inserire i freni sul sollevapazienti.

3

Piegare indietro il bracciolo allontanandolo dal paziente.

4



Rilasciare la cintura di sicurezza, collocare la cintura attorno alla parte superiore del poggiamani/braccio dell'impugnatura e aiutare il paziente ad alzarsi.

arjo
with people in mind

Trasferimento da un ausilio per la posizione eretta e il sollevamento

1

Piegare indietro il bracciolo.

2

Collocare l'ausilio per la posizione eretta e il sollevamento il più possibile vicino al sollevapazienti Alenti, con la schiena del paziente rivolta verso il sedile del sollevapazienti.

3

Inserire i freni sul sollevapazienti.

4



Abbassare il paziente sul sedile del sollevapazienti Alenti. Sganciare il corsetto.

5

Piegare in avanti il bracciolo affinché il paziente vi si possa reggere.

6



Sollevare il sollevapazienti Alenti finché i piedi del paziente non siano liberi dall'ausilio per la posizione eretta e il sollevamento. Sfilare il corsetto dal paziente.

7

Rischio di caduta

Accertarsi che il paziente sia seduto con:
- le natiche sulla parte posteriore del sedile;
- la schiena contro lo schienale;
- le mani sul poggiamani.

8

Rischio di caduta



Assicurare il paziente con la cintura di sicurezza.
Allontanare l'ausilio per la posizione eretta e il sollevamento.
Regolare il sollevapazienti Alenti a un'altezza ergonomica.

9

Disinserire i freni.

arjo
with people in mind

Trasferimento verso un ausilio per la posizione eretta e il sollevamento

1

Abbassare il sollevapazienti Alenti.

2



Posizionare l'ausilio per la posizione eretta e il sollevamento davanti al paziente.

3

Lasciare sbloccati i freni del sollevapazienti Alenti.

4

Inserire i freni

Inserire i freni sull'ausilio per la posizione eretta e il trasferimento.

5

Piegare indietro il bracciolo allontanandolo dal paziente.

6



Collocare i piedi del paziente sul poggiapiedi dell'ausilio per la posizione eretta e il sollevamento.

7



Slacciare la cintura di sicurezza e posizionarla attorno alla parte superiore del poggiamani.

8

Collocare il corsetto attorno al paziente.
Fissare il corsetto all'ausilio per la posizione eretta e il sollevamento.
Sollevare delicatamente l'ausilio per la posizione eretta e il sollevamento.

9

Disinserire i freni dell'ausilio per la posizione eretta e il sollevamento e allontanarlo lentamente, insieme al paziente, dal sollevapazienti Alenti.

arjo
with people in mind

Trasferimento dalla posizione seduta a letto

1

Inserire
i freni

Inserire i freni del letto.
Piegare indietro il bracciolo.

2



Posizionare la parte anteriore del sollevapazienti Alenti verso il lato del letto, con il sedile del sollevapazienti Alenti a un'altezza inferiore rispetto al letto.

3

Inserire i freni
sul sollevapazienti
Alenti.

4



Ora il paziente si può trasferire dal letto
al sollevapazienti Alenti

5

Piegare in avanti il bracciolo affinché
il paziente vi si possa reggere.

6

Rischio
di caduta

Accertarsi che il
paziente sia seduto con:
- le natiche sulla parte posteriore del sedile;
- la schiena contro lo schienale;
- le mani sul poggiamani.

7

Rischio
di caduta



Assicurare il paziente con la cintura di sicurezza.
Regolare il sollevapazienti Alenti a un'altezza
ergonomica.

8

Disinserire i freni.

arjo
with people in mind

Trasferimento verso la posizione seduta sul letto

1



Regolare il sollevapazienti Alenti a un'altezza adeguata. Posizionare la parte anteriore del sollevapazienti Alenti verso il lato del letto.

2

Inserire i freni sul sollevapazienti Alenti. Inserire i freni del letto.

3



Slacciare la cintura di sicurezza e posizionarla attorno alla parte superiore del poggiamani/braccio dell'impugnatura.

4

Piegare indietro il bracciolo allontanandolo dal paziente.

5



Ora il paziente si può trasferire in autonomia sul letto dal sollevapazienti Alenti.

6



Assicurarsi che il paziente sia seduto a schiena eretta e in modo sicuro sul lato del letto prima di allontanare il sollevapazienti Alenti.

arjo
with people in mind

Fare il bagno al paziente

1



Abbassare completamente la vasca. Sollevare il sollevapazienti in modo che ci sia spazio tra i genitali e il bordo della vasca.

2

Posizionare il sollevapazienti in diagonale verso la testata della vasca.

3

Rischio di intrappolamento



Aiutare il paziente a spostare le gambe oltre il bordo della vasca mentre si ruota il sollevapazienti in posizione.

4



Far provare al paziente la temperatura dell'acqua. Se necessario, regolare la temperatura.

5



Centrare il sollevapazienti sopra la vasca finché non si blocca contro la vasca.

6

Rischio di intrappolamento

Abbassare il sollevapazienti a un'altezza confortevole per l'assistente. Sollevare la vasca. Accertarsi che nessuna parte del corpo resti schiacciata.

7 **Accessori opzionali**

Se il paziente lo desidera e ne ha la possibilità:

1. Rimuovere la cintura di sicurezza dallo schienale.
2. Piegare in avanti il paziente.
3. Piegare indietro lo schienale.
4. Riposizionare il paziente contro la vasca.
5. Piegare indietro il bracciolo allontanandolo dal paziente.

8

Fare il bagno al paziente.

arjo
with people in mind

Dopo il bagno

1



Aprire lo scarico.
Se il poggiamani è stato alzato, piegarlo in avanti di fronte al paziente.

2

Rischio di caduta

Accertarsi che il paziente sia seduto con:
- le natiche sulla parte posteriore del sedile;
- la schiena contro lo schienale;
- le mani sul poggiamani.

3



Piegare il paziente in avanti e ruotare in avanti lo schienale/ braccio dell'impugnatura.
Allacciare la cintura di sicurezza.

4



Abbassare completamente la vasca da bagno. Aprire la doccia e far provare al paziente la temperatura dell'acqua con una mano. Se necessario, regolare la temperatura. Fare la doccia al paziente.

5

Asciugare il paziente e coprirlo con asciugamani.

6



Accertarsi che il paziente si trovi in posizione eretta al centro del sedile.

7

Sollevare il sollevapazienti in modo che ci sia spazio tra i genitali e il bordo della vasca. Lavare e asciugare i piedi del paziente.

8



Rischio di intrappo-lamento

Aiutare il paziente a spostare le gambe oltre il bordo della vasca mentre si ruota il sollevapazienti lontano dalla vasca.

9

Rischio di ribaltamento

Accertarsi che il sollevapazienti Alenti sia lontano da ostacoli. Abbassare il sollevapazienti.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind