Calypso

CE 2797

Arresto di emergenza



Per arrestare rapidamente il movimento del sollevapazienti, rimuovere la batteria.

Sollevamento e discesa di emergenza

1



Scollegare la pulsantiera di controllo.

2



Utilizzare un oggetto smussato per premere.
Sollevare: premere il foro con la freccia rivolta verso l'alto.
Abbassare: premere il foro con la freccia rivolta verso il basso.

Sollevamento e abbassamento manuale



Sollevare: pompare sfruttando tutta l'escursione dell'impugnatura.



Abbassare: premere il pulsante di discesa.

Sollevamento e abbassamento elettrico



Sollevare: premere la freccia verso l'alto.
Abbassare: premere la freccia verso il basso.

Freni



Inserire il freno: premere verso il basso

Disinserire il freno: premere verso l'alto

Bracciolo e schienale



Alzare il bracciolo e lo schienale.

Rimozione del sedile



A: Tirare verso l'alto
B: Premere verso l'alto dalla parte inferiore
C: Tirare verso l'alto

arjo
with people in mind

Fissare la cintura di sicurezza

1



Agganciare la cintura di sicurezza all'impugnatura di trasporto (A). Tirare verso il basso per bloccarla.

2



Alzare il bracciolo (A). Posizionare il paziente. Abbassare il bracciolo (A).

3



Collocare la cintura di sicurezza di fronte al paziente e fissarla al pomello (B).

Regolare la cintura di sicurezza

1



Sganciare le fascette di fissaggio (A) e (B) ruotando leggermente verso l'alto la fascetta di fissaggio più piccola (A).

2



Allentare la cintura di sicurezza: tirare la cinghia interna (A) lateralmente sollevando la fascetta di fissaggio più grande (B).

3



Stringere la cintura di sicurezza: tirare la cinghia esterna (A) lateralmente reggendo la fascetta di fissaggio più grande (B).

Rimuovere la cintura di sicurezza

4



Agganciare le fascette di fissaggio inserendo quella più piccola (A) in quella più grande (B).



Allentare la cintura di sicurezza e rimuovere una delle estremità dall'impugnatura di trasporto (A) o dalla manopola (B).