GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - FUNÇÕES

Bolero

CE 2797

Paragem de emergência



Para parar rapidamente o movimento de elevação, desligue e retire a bateria.

Subida e descida de emergência

1



Desligue o comando manual.

2



Utilize um objeto rombo para premir.
Subir: prima o orifício junto à seta para cima.
Descer: prima o orifício junto à seta para baixo.

Elevação e descida manual



Subir: bombeie, utilizando toda a amplitude de movimento.



Descer: prima o botão de descida.

Elevação e descida elétrica



Subir: prima a seta para cima.
Descer: prima a seta para baixo.

Travões



Aplicar o travão: prima para baixo.
Libertar o travão: empurre para cima.

Apoio das costas



Liberte uma das patilhas (A) e suba ou desça o lado selecionado como apoio das costas até ao ângulo desejado.

Barras de apoio

Durante a transferência e o banho:
Desça a barra de apoio que está mais afastada da cintura do paciente.

arjo with people in mind

Colocar o colchão

1



Comece sempre a partir da extremidade da tira lateral ao colocar ou retirar o colchão.

2



Coloque a tira lateral (A) do colchão em volta do lado da maca junto à coluna hidráulica (B). Pressione e arraste a palma ao longo da tira lateral para apertar.

3



Estenda o colchão e aperte a outra tira lateral (C). Fixe o colchão no lugar com as pegas rápidas (D).

Ajuste do comprimento da maca

1



Retire o apoio da cabeça ou dos pés (A) e desaperte os parafusos (B).

2



Rode o manípulo de transferência (C) 180°. Aperte o apoio da cabeça ou dos pés (A) e os parafusos (B).

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind