Système thérapeutique Citadel

CE 2797

Préparation du positionnement/transfert du patient

1



Serrer les freins des roulettes du lit.

2



Étendre le châssis et le matelas si nécessaire.

3

Appuyer sur le bouton Marche/ Arrêt du panneau de commande pendant deux secondes afin d'activer l'alimentation en air de l'unité.

4



Placer le support thérapeutique à l'horizontale.

5

Appuyer sur le bouton Matelas ferme pour gonfler le matelas.

6



Ajouter des oreillers, des couvertures et d'autres accessoires.

7



Régler les pressions d'air initiales : appuyer sur les préréglages Taille/Poids pour sélectionner le profil du patient.

Positionnement du patient



Appuyer sur les boutons de réglage des zones de pression pour régler la pression du matelas.

Appuyer sur les flèches Haut pour augmenter la pression et sur les flèches Bas pour diminuer la pression.

Transfert du patient depuis le système thérapeutique Citadel

1



Placer le support thérapeutique à l'horizontale.

2



Ajuster la hauteur de la surface du patient de la même manière que la surface de transfert du patient.

3



Bloquer les freins sur les deux unités.

4



Abaisser les barrières latérales.

5

Transférer le patient (en observant l'ensemble des règles de sécurité et protocoles hospitaliers en vigueur).

6

Appuyer sur le bouton Marche/ Arrêt et le maintenir enfoncé pendant deux secondes pour éteindre le dispositif si le patient ne doit pas réintégrer le lit.

arjo
with people in mind

Transport du patient

1

Appuyer sur le bouton Transport du patient pour gonfler le matelas à air légèrement au-dessus des pressions définies.

2



Après le déclenchement d'un bip sonore et le passage au vert de l'indicateur du bouton de transport, débrancher le cordon d'alimentation, enrouler le cordon sur le crochet à l'extrémité de la tête.

3



Placer les perfusions du patient sur les tiges porte-sérum puis sur les supports (A) situés aux quatre coins du lit.

4



Relever les barrières latérales.

5



Desserrer les freins.

6



Transporter le patient en observant l'ensemble des règles de sécurité et des protocoles de l'établissement en vigueur.

7

Après le transport du patient, bloquer les freins sur le châssis du lit et brancher immédiatement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

8

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de l'unité de commande du matelas pendant deux secondes pour la mettre sous tension.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind