Sistema terapeutico integrato Citadel

CE 2797

Preparazione per il posizionamento/trasferimento del paziente

1



Azionare le leve dei freni sul telaio del letto.

2



Estendere il telaio e il materasso, se necessario.

3

Tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento per due secondi sul pannello di controllo per attivare l'erogazione dell'aria all'unità.

4



Porre la superficie paziente in posizione piana.

5

Premere il pulsante Rigidità materasso per gonfiare il materasso.

6



Aggiungere cuscini, coperte e altre attrezzature.

7



Impostare le pressioni dell'aria iniziali: premere Altezza/Peso preimpostati per selezionare il profilo del paziente.

Posizionamento del paziente



Premere i pulsanti di Regolazione zone di pressione per regolare la pressione del materasso.

Frecce verso l'alto per aumentare e frecce verso il basso per diminuire.

Trasferimento del paziente dal Sistema terapeutico integrato Citadel

1



Porre la superficie paziente in posizione piana.

2



Regolare l'altezza della superficie paziente alla stessa altezza della superficie sulla quale verrà trasferito.

3



Inserire i freni su entrambe le unità.

4



Abbassare le spondine laterali.

5

Trasferire il paziente (attenendosi alle norme di sicurezza vigenti e ai protocolli ospedalieri.)

6

Tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento per due secondi per spegnere, nel caso in cui il paziente non debba esservi ritrasferito.

arjo
with people in mind

Trasporto del paziente

1

Premere il pulsante Trasporto paziente per gonfiare il materasso ad aria a una pressione leggermente superiore a quelle impostate.

2



Dopo il segnale acustico e dopo che l'indicatore del pulsante di trasporto è diventato verde, scollegare il cavo di alimentazione e arrotolarlo sul gancio sul lato testa.

3



Posizionare la terapia endovenosa del paziente sulle aste portaflebo e, successivamente, sui relativi supporti (A) ai quattro angoli dell'unità.

4



Sollevare le spondine laterali.

5



Disinserire i freni.

6



Trasportare il paziente attenendosi alle norme di sicurezza e ai protocolli ospedalieri applicabili.

7

Dopo aver trasportato il paziente, inserire le leve dei freni sul telaio del letto e collegare immediatamente il cavo di alimentazione nella presa a muro.

8

Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento posto sull'unità di controllo del materasso per due secondi per accendere l'unità di controllo.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind