Sistema de terapia de pacientes Citadel

CE 2797

Preparação para o posicionamento / transferência do paciente

1



Acione os travões das rodas na estrutura de cama.

2



Aumente a estrutura e o colchão, se necessário.

3

Prima continuamente o botão On/Off (ligar/desligar) no painel de controlo durante dois segundos para ativar o fornecimento de ar à unidade.

4



Nivele a superfície do paciente.

5

Prima o botão Firm Mattress (firmeza do colchão) para encher o colchão.

6



Acrescente almofadas, cobertores e outro equipamento.

7



Defina as pressões de ar iniciais: Prima as predefinições Height/Weight (altura/peso) para selecionar o perfil do paciente.

Colocação do paciente



Prima os botões Pressure Zone Adjustment (ajuste da zona de pressão) para ajustar a pressão do colchão.

Setas para cima para aumentar e setas para baixo para reduzir.

Transferência do paciente do Sistema de terapia de pacientes Citadel

1



Nivele a superfície do paciente.

2



Ajuste a altura da superfície do paciente para o mesmo nível que a superfície de transferência do paciente.

3



Acione os travões em ambas as unidades.

4



Baixe as grades laterais.

5

Transfira o paciente (siga todas as regras de segurança e protocolos da instituição aplicáveis).

6

Prima continuamente o botão On/Off (ligar/desligar) durante dois segundos para desativar caso o paciente não regresse.

arjo
with people in mind

Transporte do paciente

1

Prima o botão Patient Transport (transporte do paciente) para encher o colchão de ar ligeiramente acima das pressões definidas.

2



Depois de um aviso sonoro e de o indicador do botão de transporte ficar verde, desligue o cabo de alimentação e enrole-o no gancho na cabeceira.

3



Coloque a terapia intravenosa do paciente no suporte intravenoso e depois nos encaixes (A) localizados em todos os cantos da cama.

4



Levante as grades laterais.

5



Solte os travões.

6



Transporte o paciente seguindo todas as regras de segurança e protocolos da instituição aplicáveis.

7

Após o transporte do paciente, acione os travões das rodas na estrutura de cama e ligue imediatamente o cabo de alimentação à tomada de parede.

8

Prima continuamente o botão On/Off (ligar/desligar) na unidade de controlo do colchão durante dois segundos para ligar a unidade de controlo.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind