Sistema del letto e sistema terapeutico Citadel

CE 2797

Pulire e disinfettare settimanalmente e prima di un nuovo paziente.

Pulizia giornaliera del sistema Citadel

Per la cura e pulizia quotidiane, strofinare tutte le superfici e le spondine laterali.

1. Seguire le istruzioni di pulizia e cura per la specifica superficie di supporto del paziente in uso.
2. Se possibile, spostare il paziente dal letto prima di procedere con la pulizia.
3. Scollegare il sistema Citadel dalla presa a muro.
4. Ispezionare il cavo di alimentazione per accertarsi che non sia usurato o danneggiato. Non utilizzare il sistema Citadel se il cavo di alimentazione è usurato o danneggiato.
5. Strofinare le superfici con un panno inumidito con acqua tiepida e sapone o con un disinfettante ospedaliero approvato.
6. Sciacquare con un panno inumidito in acqua pulita.
7. Lasciare asciugare completamente tutti i componenti prima di riprendere a utilizzarli.
8. Prima dell'utilizzo, ispezionare tutti i componenti per verificare l'assenza di danni.
9. Collegare il sistema Citadel alla presa a muro e regolare le impostazioni.

Pulizia e disinfezione del sistema Citadel tra un paziente e l'altro

Pulizia

1. Rimuovere il materasso e tutti gli accessori dal letto.
2. Rimuovere la testiera e la pediera del letto e il pianale portamaterasso prima di procedere alla pulizia.
3. Pulire tutte le superfici con un panno monouso inumidito con acqua tiepida e un detergente neutro.
4. Pulire prima le sezioni superiori per poi continuare su tutte le superfici orizzontali. Proseguire verso le parti inferiori del letto e pulire le ruote per ultime. Prestare attenzione alle zone che possono raccogliere facilmente polvere o sporcizia.
5. Strofinare con un nuovo panno monouso inumidito con acqua pulita, quindi asciugare con salviette di carta monouso.
6. Lasciare asciugare le parti pulite.

Disinfezione

7. Dopo aver pulito il letto, strofinare tutte le parti con dicloroisocianurato di sodio (NaDCC) ad una concentrazione di 1.000 ppm (0,1%) di cloro disponibile.

   Se sono presenti residui di fluidi corporei, per esempio sangue, la concentrazione di NaDCC deve essere aumentata a 10.000 ppm (1%) di cloro disponibile.
8. Strofinare con un nuovo panno monouso inumidito con acqua pulita, quindi asciugare con salviette di carta monouso.
9. Ricollocare il materasso sul letto.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.CT.02IT_01 • 06/2020

arjo
with people in mind