Sistema de estrutura de cama e terapia do paciente Citadel

CE 2797

Limpe e desinfete semanalmente e antes de utilizar num novo paciente.

Limpeza diária do sistema Citadel

O cuidado e limpeza diários incluem a limpeza de todas as superfícies e grades laterais.

1. Siga as instruções de cuidados e limpeza para a superfície de suporte específica do paciente em utilização.
2. Se possível, retire o paciente da cama antes da limpeza.
3. Desligue o sistema Citadel da tomada da parede.
4. Inspecione o cabo de alimentação para deteção de sinais de desgaste ou danos. O sistema Citadel não deverá ser usado com um cabo de alimentação desgastado ou danificado.
5. Limpe as superfícies com um pano humedecido em água morna com detergente ou desinfetante hospitalar aprovado.
6. Enxague com um pano humedecido com água limpa.
7. Deixe que todos os componentes sequem completamente antes de voltar a usar os mesmos.
8. Antes de utilizar, inspecione todas as peças para identificar sinais de danos.
9. Ligue o sistema Citadel à tomada de parede e regule as definições.

Limpeza e desinfeção do sistema Citadel entre pacientes

Limpeza

1. Retire o colchão e todos os acessórios da cama.
2. Retire os painéis da cabeceira, dos pés e os lençóis do estrado do colchão antes de limpar.
3. Limpe todas as superfícies com um pano descartável humedecido com água morna e detergente neutro.
4. Comece pelas secções superiores e trabalhe ao longo de todas as superfícies horizontais. Prossiga em direção às partes inferiores da cama e limpe as rodas por último. Preste atenção às áreas que acumulam pó ou sujidade.
5. Passe um novo pano descartável humedecido com água limpa e seque com toalhas de papel descartáveis.
6. Permita que as partes limpas sequem.

Desinfeção

7. Depois de limpar a cama, limpe todas as superfícies com dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) numa concentração de 1000 partes por milhão (0,1%) de cloro disponível.

   No caso de derrame de fluidos corporais, por exemplo, sangue, a concentração de NaDCC deve ser aumentada para 10.000 partes por milhão (1%) de cloro disponível.
8. Passe um novo pano descartável humedecido com água limpa e seque com toalhas de papel descartáveis.
9. Coloque novamente o colchão na cama.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.CT.02PT_01 • 06/2020

arjo
with people in mind