GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA - USO

Citadel Plus

CE 2797

Colocación del paciente: preparación

1



Active los frenos de las ruedas.

2



Nivele la superficie del paciente.

3

Ajuste la cama hasta una altura de trabajo cómoda.

4



Extienda la estructura y el somier si es necesario.

5



Ponga las almohadas, las sábanas y los demás accesorios.

6

Pulse el botón de puesta a cero para reiniciar la báscula a cero.

7



Ajuste la altura de la superficie del paciente al mismo nivel que la superficie a la que va a transferirlo.

8



Active los frenos en las ruedas de todas las unidades.

9



Baje las barandillas laterales.

10



Transfiera al paciente siguiendo todas las normas de seguridad y todos los protocolos pertinentes del centro.

11



Suba y bloquee todas las barandillas laterales.

Pesaje de pacientes

⚠ No sirve para dosificar medicamentos

Pese al paciente, si es necesario.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Colocación del paciente: finalización

1

Pulse los botones En cama o Abandono para activar y ajustar la sensibilidad del sistema de detección de movimiento del paciente VariZone.

2

Lleve la cama hasta la menor altura práctica para que el paciente se encuentre cómodo.

3



Coloque la cama en el ángulo deseado para que el paciente se encuentre cómodo.

4

Bloquee las funciones de la cama, si es necesario.

Traslado de pacientes desde la cama

1



Nivele la superficie del paciente.

2



Ajuste la altura de la superficie del paciente al mismo nivel que la superficie a la que va a transferirlo.

3



Active los frenos en las ruedas de todas las unidades.

4



Baje las barandillas laterales.

5



Transfiera al paciente siguiendo todas las reglas de seguridad y protocolos aplicables del centro.

6

Si el paciente no va a volver:
- Desconecte el cable de alimentación y pulse el botón de apagado de la batería.
- Desactive la alimentación por batería y apague todas las funciones.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Traslado de pacientes

1



Coloque la terapia intravenosa del paciente en los portasueros, si es necesario.

2



Suba y bloquee las barandillas laterales.

3

Antes de la transferencia, retraiga todas las extensiones de anchura.

4



Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared.

5



Enrolle el cable alrededor de los soportes situados en el cabecero de la cama.

6



Suelte los frenos.

7

Utilice el accionamiento eléctrico para facilitar la transferencia.

8



Transfiera al paciente siguiendo todas las normas de seguridad y todos los protocolos pertinentes del centro.

9



Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente después de transferir al paciente.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

EMPOWERING MOVEMENT