GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE – UTILISATION

Citadel Plus

CE 2797

Positionnement du patient - préparation

1



Serrer les freins des roulettes.

2



Placer le support thérapeutique à l'horizontale.

3

Régler le lit à une hauteur de travail confortable.

4



Procéder à l'extension du châssis et du sommier si nécessaire.

5



Ajouter des oreillers, des couvertures et d'autres accessoires.

6

Appuyer sur le bouton Zéro pour remettre le système de pesée à zéro.

7



Régler la hauteur de la surface du patient au même niveau que la surface de transfert du patient.

8



Serrer les freins de toutes les roulettes.

9



Abaisser les barrières latérales.

10



Transférer le patient, conformément à toutes les règles de sécurité et les protocoles de l'établissement.

11



Lever et verrouiller toutes les barrières latérales.

Pesage du patient

⚠ Usage non destiné au dosage des médicaments.

Peser le patient si nécessaire.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Positionnement du patient - exécution

1

Appuyer sur le bouton Lit ou la touche Sortie pour activer le système et assigner la valeur choisie pour la sensibilité du système VariZone de détection des mouvements du patient.

2

Ramener le lit au niveau fonctionnel le plus bas de façon à assurer le confort du patient.

3



Amener le lit à l'angle souhaité de façon à assurer le confort du patient.

4

Verrouiller les fonctions du lit si nécessaire.

Transfert du patient depuis le lit

1



Placer le support thérapeutique à l'horizontale.

2



Régler la hauteur de la surface du patient au même niveau que la surface de transfert du patient.

3



Serrer les freins de toutes les roulettes.

4



Abaisser les barrières latérales.

5



Transférer le patient en observant l'ensemble des règles de sécurité et protocoles de l'établissement en vigueur.

6

Si le patient ne retourne pas au lit :
- Débrancher le cordon d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation de la batterie.
- Mettre la batterie hors tension et éteindre toutes les fonctions du lit.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Transport du patient

1



Placer la poche à perfusion du patient sur la tige porte-sérum si nécessaire.

2



Soulever et verrouiller les barrières latérales.

3

Rétracter toutes les extensions de largeur avant de procéder au transport.

4



Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

5



Enrouler le cordon sur les supports situés à la tête du lit.

6



Desserrer les freins.

7

Utiliser le système d'assistance motorisé pour faciliter le transport.

8



Transporter le patient en respectant l'ensemble des règles de sécurité et protocoles de l'établissement en vigueur.

9



Brancher le cordon d'alimentation sur une prise murale après avoir transporté le patient.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

EMPOWERING MOVEMENT