GUIDA RAPIDA - USO

Citadel Plus

CE 2797

Posizionamento del paziente – preparazione

1



Inserire i freni delle ruote orientabili.

2



Porre la superficie paziente in posizione piana.

3

Regolare il letto a un'altezza di lavoro comoda.

4



Estendere il telaio e il pianale portamaterasso, se necessario.

5



Aggiungere cuscini, coperte e altre attrezzature.

6

Premere il pulsante Zero per riportare a zero la bilancia di pesatura.

Pesare il paziente

7



Regolare l'altezza della superficie paziente alla stessa altezza della superficie sulla quale verrà trasferito.

8



Inserire i freni delle ruote orientabili su tutte le unità.

9



Abbassare le spondine laterali.

10



Trasferire il paziente, attenendosi alle norme di sicurezza e ai protocolli ospedalieri applicabili.

11



Sollevare e bloccare tutte le spondine laterali.

Non per il dosaggio di farmaci

Pesare il paziente, se necessario.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Posizionamento del paziente – completamento

1

Premere i pulsanti A letto o Funzione uscita paziente per attivare e impostare la sensibilità del sistema di rilevamento del movimento del paziente VariZone.

2

Abbassare il letto nella posizione utile più bassa per garantire il comfort del paziente.

3



Portare il letto all'angolo desiderato per garantire il comfort del paziente.

4

Bloccare le funzioni del letto, se necessario.

Trasferimento del paziente dal letto

1



Porre la superficie paziente in posizione piana.

2



Regolare l'altezza della superficie paziente alla stessa altezza della superficie sulla quale verrà trasferito.

3



Inserire i freni delle ruote orientabili su tutte le unità.

4



Abbassare le spondine laterali.

5



Trasferire il paziente attenendosi alle norme di sicurezza e ai protocolli ospedalieri applicabili.

6

In caso il paziente non debba essere ritrasferito:
- Scollegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione della batteria.
- Disattivare l'alimentazione a batteria e spegnere tutte le funzioni.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Trasporto del paziente

1



Posizionare la terapia endovenosa del paziente sulle aste portaflebo, se necessario.

2



Sollevare e bloccare le spondine laterali.

3

Spingere all'interno tutte le estensioni in larghezza prima del trasporto.

4



Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

5



Avvolgere il cavo sulle staffe all'estremità della testata del letto.

6



Disinserire i freni.

7

Utilizzare il sistema Power Drive per agevolare il trasporto.

8



Trasportare il paziente attenendosi alle norme di sicurezza e ai protocolli ospedalieri applicabili.

9



Collegare il cavo di alimentazione in una presa a muro dopo aver trasportato il paziente.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

EMPOWERING MOVEMENT