GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - UTILIZAÇÃO

Citadel Plus

CE 2797

Colocação do paciente – preparação

1



Acione os travões das rodas.

2



Nivele a superfície do paciente.

3

Ajuste a cama para uma altura de trabalho confortável.

4



Aumente a estrutura e o estrado do colchão, se necessário.

5



Acrescente almofadas, cobertores e outro equipamento.

6

Prima o botão Zero para repor a balança a zero.

7



Ajuste a altura da superfície do paciente para o mesmo nível que a superfície de transferência do paciente.

8



Acione os travões das rodas de todas as unidades.

9



Baixe as grades de segurança.

10



Transfira o paciente, seguindo todas as regras de segurança e protocolos da instituição aplicáveis.

11



Suba e bloqueie todas as grades de segurança.

Pesar o paciente

Não indicado para dosagens médicas

Pese o paciente, se necessário.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Colocação do paciente – conclusão

1

Prima os botões Na cama ou Saída para ativar e definir a sensibilidade do sistema de deteção do movimento do paciente VariZone.

2

Coloque a cama na altura prática mais baixa para conforto do paciente.

3



Coloque a cama no ângulo pretendido para o conforto do paciente.

4

Bloqueie as funções da cama, conforme necessário.

Transferência do paciente de uma cama

1



Nivele a superfície do paciente.

2



Ajuste a altura da superfície do paciente para o mesmo nível que a superfície de transferência do paciente.

3



Acione os travões das rodas de todas as unidades.

4



Baixe as grades de segurança.

5



Transfira o paciente seguindo todas as regras de segurança aplicáveis e protocolos da instituição.

6

Se o paciente não regressar:
- Desligue o cabo de alimentação e prima o botão de alimentação da bateria.
- Desative a carga da bateria e desligue todas as funções.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Transporte do paciente

1



Coloque a terapia intravenosa do paciente no suporte intravenoso, se necessário.

2



Eleve e bloqueie as grades de segurança.

3

Retraia todas as extensões de largura antes do transporte.

4



Desligue o cabo de alimentação da tomada da parede.

5



Enrole o cabo nos suportes na cabeceira da cama.

6



Solte os travões.

7

Utilize a unidade motriz para auxiliar no transporte.

8



Transporte o paciente seguindo todas as regras de segurança e protocolos da instituição aplicáveis.

9



Ligue o cabo de alimentação à ficha elétrica após o transporte do paciente.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

EMPOWERING MOVEMENT