GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Enterprise 5000X, 8000X y 9000X

CE 2797

ADVERTENCIA

Desconecte la cama de la corriente eléctrica antes de iniciar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. Si la función no ha sido bloqueada en el PCC, la cama seguirá funcionando con la batería.

No permita que se humedezcan el enchufe o el cable de alimentación eléctrica.

PRECAUCIÓN

No utilice esponjas o compuestos abrasivos o desinfectantes con base fenólica.
No utilice limpieza por chorro de agua o túneles de lavado.
No elimine la grasa de los pistones actuadores.

Limpie y desinfecte cada semana.
Limpie y desinfecte antes de cada paciente.

Accesorios necesarios:

- Ropa protectora
- Detergente neutro
- Dicloroisocianurato sódico (NaDCC) a una concentración de 1000 ppm (0,1 %) de cloro disponible
- Dicloroisocianurato sódico (NaDCC) a una concentración de 10 000 ppm (1 %) de cloro disponible
- Agua caliente
- Paño desechable
- Toallitas de papel desechables

Se recomienda el dicloroisocianurato sódico (NaDCC) como desinfectante.
Si los protocolos del centro requieren utilizar un desinfectante que no sea NaDCC, utilícelo con cuidado y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Limpieza

1. Retire el colchón y todos los accesorios de la cama.
2. Retire de la cama el cabecero, el piecero y las láminas del somier.
3. Limpie todas las superficies con un paño desechable humedecido con agua y un detergente neutro. Empiece por las partes superiores de la cama y continúe con todas las superficies horizontales. Trabaje de forma metódica hacia las secciones inferiores de la cama y limpie las ruedas en último lugar.
4. Vuelva a pasar por todas las áreas con un paño desechable nuevo humedecido con agua. Séquelas con toallitas de papel desechables.
5. Espere a que los componentes limpios se sequen antes de colocar de nuevo el colchón.

Desinfección

6. Limpie todas las superficies con NaDCC (1000 ppm de cloro disponible).
   Si hay manchas de fluidos corporales, p. ej., sangre, límpielas con NaDCC (10 000 ppm de cloro disponible).

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.EN.02ES_1 • 05/2020

arjo
with people in mind