КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Enterprise 5000X, 8000X, 9000X

CE 2797

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отсоедините кровать от электрической сети перед началом чистки или техобслуживанием. Кровать будет работать от аккумулятора, если эта функция не была заблокирована на ACP.

Следите за тем, чтобы не намочить вилку питания и кабель питания.

ОСТОРОЖНО!

Не используйте абразивные составы или губки или дезинфицирующие средства на основе фенола.
Не применяйте очистку струей или моечные туннели.
Не удаляйте консистентную смазку с поршней привода.

Выполняйте очистку и дезинфекцию еженедельно.
Выполняйте очистку и дезинфекцию перед каждым новым пациентом.

Необходимые принадлежности:

- Защитная одежда
- Нейтральное моющее средство
- Дихлоризоциануpат натрия (NaDCC) с концентрацией активного хлора 1000 ppm (0,1 %)
- Дихлоризоциануpат натрия (NaDCC) с концентрацией активного хлора 10 000 ppm (1 %)
- Теплая вода
- Одноразовые тряпки
- Одноразовые бумажные полотенца

В качестве дезинфицирующего средства рекомендуется использовать дихлоризоциануpат натрия (NaDCC). Если протоколы учреждения требуют использования другого дезинфицирующего средства (не NaDCC), используйте его с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя.

Очистка

1. Снимите с кровати матрас и все аксессуары.
2. Снимите с кровати изголовье, изножье и панели матрасной платформы.
3. Очистите все поверхности одноразовой тряпкой, смоченной водой и нейтральным моющим средством. Начиная с верхних секций кровати, обработайте все горизонтальные поверхности. Выполните очистку методично в направлении к нижним секциям кровати; очистку колес выполните в последнюю очередь.
4. Протрите поверхности новой одноразовой тряпкой, смоченной водой. Протрите насухо, используя одноразовые бумажные полотенца.
5. Промойте чистой водой и высушите бумажными полотенцами, прежде чем класть матрас, дождитесь полного высыхания вымытых поверхностей.

Дезинфекция

6. Протрите все поверхности, используя NaDCC (1000 ppm активного хлора). При наличии физиологических выделений, например крови, используйте для протирания NaDCC (10 000 ppm активного хлора).

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.EN.02RU_1 • 05/2020

arjo
with people in mind