GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

Flowtron ACS900

CE 2797

Ler o temporizador de funcionamento do paciente — horas e minutos

1



As horas são apresentadas por predefinição sempre que a bomba é ligada.

O “h” mostra o valor em horas (por exemplo, 12 h).

2



Prima o botão da direita durante 1 segundo para ver os minutos.



Os minutos são apresentados durante 5 segundos ao premir o botão.

O valor dos minutos é precedido por um hífen (por exemplo, - 14 = 14 minutos).

3



A apresentação das horas é retomada automaticamente.

Tempo de compressão = 12 horas, 14 minutos.

Repor o temporizador de funcionamento do paciente — horas e minutos

1



Coloque a bomba em modo de pausa. Prima o botão da direita e mantenha premido durante 2 segundos até o valor das horas ficar intermitente.

2



Prima o botão central e mantenha premido durante 3 segundos para repor a zero.

3



Prima o botão da direita para confirmar a reposição.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.FL.00PT_01 • 02/2020

arjo *with people in mind*