Flowtron ACS900

Seguimiento del cumplimiento

Seguimiento del cumplimiento; registra y muestra la terapia real, así como el tiempo de incumplimiento. Alertas sobre la retirada de las prendas para facilitar el seguimiento y la documentación de la terapia de CNI.

Activar/desactivar el seguimiento del cumplimiento

1. Configure el seguimiento del cumplimiento:
   - Asegúrese de que no haya prendas conectadas a la bomba.
   - Mantenga pulsado el botón de control central para acceder a la pantalla de configuración.



2. Pulse el botón izquierdo para desplazarse por las opciones:
   - ENCENDIDO (ON) con la alerta sonora activada
   - ENCENDIDO (ON) con la alerta sonora desactivada
   - APAGADO (OFF), se muestra el tiempo de funcionamiento de la bomba en lugar del tiempo de tratamiento acumulado



3. Pulse el botón de control central para seleccionar la opción mostrada.



Restablecimiento del seguimiento del cumplimiento (tiempo de tratamiento acumulado)

1. Si la bomba está en modo de espera, mantenga pulsado el botón de control derecho durante 2 segundos. El tiempo parpadeará durante 2 minutos. Mantenga pulsado el botón de control central durante 3 segundos para poner a cero el tiempo.
2. Vuelva a pulsar el botón de control derecho para confirmar. Si no se pulsa el botón antes de que transcurran dos minutos, el temporizador NO se restablecerá y volverá a mostrar los datos originales.

Inicio del tratamiento

1. Colóquele la prenda al paciente.



2. Conecte la prenda a la bomba.



3. Pulse el botón de control central para iniciar el tratamiento.

EMPOWERING MOVEMENT

Lectura de la pantalla

1. Durante su uso, el ACS900 controla cada inflado para asegurarse de que proporciona profilaxis al paciente. El tiempo de tratamiento acumulado se muestra en la esquina inferior derecha.



2. Si la bomba detecta que se ha retirado una prenda de la extremidad mientras está en modo de funcionamiento, el gráfico de la extremidad en cuestión parpadeará.

Se avisa a los cuidadores de que no se está administrando profilaxis.

La secuencia de notificaciones es la siguiente:

- El icono de la pierna empieza a parpadear y el tiempo de incumplimiento aparece en la pantalla.
- Al cabo de tres ciclos, en la pantalla aparece el triángulo de advertencia y el LED verde empieza a parpadear.
- Transcurridos 10 minutos, el LED verde intermitente se vuelve amarillo fijo con una alarma sonora opcional.

Además, la bomba contará y mostrará el tiempo durante el cual no se ha administrado el tratamiento (tiempo de incumplimiento). Esto se muestra inicialmente con minutos que parpadean.



3. Después de una hora de incumplimiento monitorizado, la pantalla cambia para mostrar el tiempo con horas que parpadean.



4. Pulse el botón de control derecho para ver los minutos adicionales a la hora; en la pantalla aparecerá «–» antes de los minutos.



Rectificación de una advertencia/alerta

1. Para borrar la advertencia/alerta de seguimiento del cumplimiento, vuelva a colocar las prendas retiradas en la extremidad.



2. El tiempo de incumplimiento se borra automáticamente cuando la bomba detecta que la prenda se ha vuelto a colocar en la extremidad. La bomba vuelve a mostrar el tiempo de tratamiento acumulado y continúa contando desde donde lo dejó.



3. También puede pausar y reiniciar la bomba.