GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE – UTILISATION

Sara Combilizer

À partir du lit

1



Placer le Sara Combilizer en position horizontale.
Replier les supports d'épaules (**A**).
Placer les accoudoirs en position horizontale, de niveau avec le matelas (**B**).
Retirer le coussin de tête (**C**).
Replier les sangles de sécurité (**D**).

2



Serrer les freins du lit.

3

Placer un soignant de chaque côté du lit.
Rabattre la barrière de lit côté transfert.
Placer un drap de transfert sous le patient.
Placer un coussin sous la tête du patient.

4



Placer le Sara Combilizer à proximité du lit.
Aligner la hanche du patient avec l'espace entre la plaque de support arrière et la plaque de siège.

5

Ne pas relever ou abaisser un autre équipement



Positionner le Sara Combilizer de 2 à 5 cm (1 à 2 po) (**A**) plus bas que le lit.
Ajuster le cale-pieds (**B**) pour éviter de heurter les pieds du patient pendant le transfert.

6



Serrer les freins du Sara Combilizer.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante

arjo
with people in mind

À partir du lit (suite)

7

La présence de deux membres du personnel soignant ou plus peut s'avérer nécessaire. Garder un œil sur la tête et les pieds du patient



Transférer le patient vers le Sara Combilizer.

8

Positionner le patient correctement



Positionner la tête du patient. Aligner la hanche du patient avec l'espace entre la plaque de support arrière et la plaque de siège.

9

Serrer les sangles de sécurité
Plaque repose-pieds lourde



Retirer le drap de transfert.
Sécuriser le patient à l'aide des sangles de sécurité au niveau de la poitrine, des hanches, des genoux et de la tête.
Replier les supports d'épaules et régler la largeur en fonction du patient.
Fixer le cale-pieds.

arjo
with people in mind

Vers le lit

1

Serrer les freins
Verrouiller la barrière latérale



Serrer les freins du lit.
Le cas échéant, rabattre la barrière de lit côté transfert.

2



Placer les accoudoirs en position horizontale (**A**).
Éloigner le cale-pieds (**B**) des pieds du patient.
Détacher et replier toutes les sangles de sécurité (**C**) sur le côté face au lit.

3

Placer un drap de transfert sous le patient.

4



Rabattre le support d'épaule (B) sur la tablette du Sara Combilizer.

5

Ne pas relever ou abaisser un autre équipement



Placer le Sara Combilizer à proximité du lit (**A**).
Ajuster la hauteur du Sara Combilizer à 5 cm (2 po) au-dessus du lit (**B**).
Abaisser le Sara Combilizer au-dessus du lit pour un transfert efficace (**C**).

6



Serrer les freins du Sara Combilizer.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante

arjo
with people in mind

Vers le lit (suite)

7

La présence de deux membres du personnel soignant ou plus peut s'avérer nécessaire. Garder un œil sur la tête et les pieds du patient



Placer un soignant à côté du Sara Combilizer et un soignant de l'autre côté du lit destiné à recevoir le patient. Transférer le patient avec le drap de transfert sur le lit sans heurter la tête ou les pieds du patient.

8



Desserrer les freins et éloigner le Sara Combilizer du lit.

9

Retirer le drap de transfert Verrouiller la barrière latérale



Retirer le drap de transfert qui se trouve sous le patient. Éliminer les plis ou les irrégularités du matelas ou des vêtements du patient pour éviter toute pression ou gêne. Le cas échéant, replier les barrières de lit.

arjo
with people in mind

De la position assise à la position debout

1



Préparer et placer le dispositif d'aide à proximité. Serrer les freins du Sara Combilizer.

2

Placer le Sara Combilizer dans une position assise droite et la plus basse possible.

3

Rabattre le support d'épaules et retirer les accoudoirs côté transfert.
Détacher toutes les sangles de sécurité.
Tourner avec précaution le patient vers le côté transfert.

4

Basculer avec précaution le Sara Combilizer vers le côté transfert afin que les pieds du patient atteignent le sol.

5



Placer le dispositif d'aide face au patient.
Serrer les freins sur le dispositif d'aide.

6



Aider le patient à se tenir debout.
Soutenir et guider le patient vers le dispositif d'aide.

arjo
with people in mind

De la position debout à la position assise

1



Préparer et placer le dispositif d'aide à proximité. Serrer les freins du Sara Combilizer.

2

Placer le Sara Combilizer dans une position assise droite et la plus basse possible.

3



Rabattre le support d'épaules et retirer les accoudoirs côté transfert.
Déplacer le patient à l'aide du dispositif d'aide, à proximité du Sara Combilizer.

4



Serrer les freins sur le dispositif d'aide.

5

Régler la hauteur du Sara Combilizer en fonction de la taille assise du patient. Basculer légèrement le Sara Combilizer vers le côté transfert. Soutenir le patient en cours de transfert vers la position assise.

6

Basculer le Sara Combilizer vers la position fauteuil horizontale. Soutenir le patient.

7

Aider à tourner le patient afin de l'orienter vers la position assise avant. Soulever et positionner les pieds du patient sur le cale-pieds.

8



Attacher et régler les sangles de sécurité nécessaires. Attacher l'accoudoir et régler la largeur et la hauteur. Replier le support d'épaules et ajuster la largeur.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind