Sara Combilizer

Acionar e libertar o travão



Acione o travão



Liberte o travão

Prender o apoio para o braço

1



Rode o apoio para o braço para a posição vertical.

2



Deslize o apoio para o braço para o tubo de ligação (**A**).
Dobre o apoio para o braço para baixo (**B**).

Ajustar a altura do apoio para o braço



Segure no apoio para o braço, puxe para fora e prima o botão de bloqueio de mola (**A**).
Suba ou desça o apoio para o braço (**B**).
Solte o botão de bloqueio de mola (**A**).

Ajustar a largura do apoio para o braço

1



Incline o apoio para o braço ligeiramente para trás (**A**).

2



Agarre a barra (**B**) e puxe ou empurre o apoio para o braço para ajustar a largura.
Dobre o apoio para o braço para baixo.

Retirar o apoio para o braço

1



Ajuste o apoio para o braço na posição mais para fora (**A**).

2



Rode o apoio para o braço para a posição vertical (**B**), puxe para fora e retire (**C**).

with people in mind

Ajustar o comprimento do apoio para os pés



Puxe o bloqueio de mola para fora (**A**).
Suba ou desça a placa do apoio para os pés (**B**).
Solte o bloqueio de mola (**A**).
Empurre e puxe para prender.

Ajustar o comprimento adicional do apoio para os pés



Puxe a presilha para a frente (**A**).
Suba ou desça a placa do apoio para os pés (**B**).
Solte a presilha (**A**).
Empurre e puxe para prender.

Retirar o apoio para os pés



Puxe a presilha para a frente (**A**).
Retire a placa do apoio para os pés (**B**).
Solte a presilha (**A**).

Ajustar a largura do apoio para o ombro



Puxe o bloqueio de mola para fora (**A**).
Posicione o apoio para o ombro (**B**).
Solte o bloqueio de mola (**A**).
Empurre e puxe para prender.

Dobre o apoio para o ombro para baixo

1



Prima o bloqueio de mola do lado direito (**A**).
O apoio para o ombro (**B**) dobra-se para baixo.

2



Puxe o bloqueio de mola do lado esquerdo para fora (**A**).
O apoio para o ombro (**B**) dobra-se para baixo.

Dobrar o apoio para o ombro para cima



Levante o apoio para o ombro até se fixar na posição.
Empurre e puxe para prender.

Bateria



A bateria está na parte de trás do Sara Combilizer.

Retirar a bateria



Puxe a bateria a direito para fora.

arjo
with people in mind

Colchões



Extensões de fixação dos colchões



O colchão da cabeça tem duas (2) extensões de fixação.
O colchão do corpo tem oito (8) extensões de fixação.
As extensões de fixação têm fechos ajustáveis na extremidade.

Pontos de fixação dos colchões



Prender a extensão de fixação do colchão

1



Passe a extensão de fixação pela ranhura interior curta.

2



Rode o fecho ajustável (**A**). Empurre o colchão para prender a fixação.

Retirar a extensão de fixação do colchão

1



Empurre a extensão de fixação mais para dentro da ranhura e rode o fecho ajustável (**A**).

2



Puxe a extensão de fixação para fora pela ranhura.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind