Sara Combilizer

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute lésion oculaire ou cutanée, toujours utiliser des lunettes et des gants de protection.
En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation des yeux ou de la peau, contacter un médecin.
Lire attentivement le mode d'emploi et la fiche de données de sécurité du désinfectant.

Nettoyer et désinfecter le produit entre deux patients.

Accessoires nécessaires

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Lingettes jetables
- Flacon pulvérisateur contenant de l'eau
- Pulvérisateur contenant de la solution détergente neutre
- Flacon pulvérisateur contenant du désinfectant approuvé
- Bouchon de protection (pour le branchement de la télécommande)

Détergents/désinfectants approuvés

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alcool (Isopropanol 70 %)
- Hypochlorite de sodium 0,1-0,5 %
- Solution détergente neutre

Nettoyage

1. Placer le Sara Combilizer en position fauteuil (mode normal).
2. Régler la hauteur du fauteuil à une hauteur de travail ergonomique.
3. Insérer correctement le bouchon de protection ou la fiche de contact de la télécommande dans le point de raccordement du guidon.
4. Retirer le coussin ainsi que toutes les sangles de sécurité.
5. Imbiber une lingette jetable avec de l'eau et éliminer toutes taches et salissures visibles.
6. Pulvériser du détergent sur l'ensemble des pièces, y compris le guidon, le panneau de commande et la télécommande.
7. Pulvériser du détergent séparément sur le coussin et les sangles de sécurité.
8. Imbiber une nouvelle lingette jetable avec de l'eau et éliminer toute trace de détergent.
9. Si le détergent ne peut pas être éliminé, pulvériser de l'eau et essuyer avec une lingette jetable.
10. Répéter l'opération jusqu'à élimination complète du détergent.
11. Laisser sécher toutes les pièces.

Désinfection

12. Pulvériser du désinfectant approuvé sur l'ensemble des pièces, y compris le guidon, le panneau de commande et la télécommande.
13. Pulvériser du désinfectant approuvé séparément sur le coussin et les sangles de sécurité.
14. Laisser le désinfectant agir sur les pièces, conformément au temps de désinfection recommandé qui figure sur le flacon, ou au moins 2 minutes.
15. Essuyer toutes les traces de désinfectant à l'aide de lingettes jetables.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.KC.07FR_1 • 06/2020

with people in mind