GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - LIMPEZA E DESINFEÇÃO

Sara Combilizer

AVISO

Para evitar danos nos olhos e na pele, utilize sempre óculos e luvas de proteção.

Se o contacto ocorrer, lave com água abundante. Se os olhos ou pele ficarem irritados, contacte um médico.

Leia sempre as instruções de utilização e a Ficha de dados de segurança do desinfetante.

Limpe e desinfete entre pacientes.

Acessórios necessários

- Óculos de proteção
- Luvas de proteção
- Toalhas descartáveis
- Garrafa pulverizadora com água
- Garrafa com pulverizador com detergente neutro suave
- Garrafa aspersora com desinfetante aprovado
- Ficha de proteção (para ligação do comando manual)

Detergentes/desinfetantes verificados

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant (desinfetante genérico)
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant (desinfetante multiusos)
- Arjo CenKleen IV
- Álcool (Isopropanol a 70%)
- Hipoclorito de sódio 0,1-0,5%
- Detergente neutro suave

Limpeza

1. Coloque o Sara Combilizer na posição de cadeira (modo normal).
2. Ajuste a altura da cadeira para uma altura de trabalho ergonómica.
3. Insira a ficha de proteção ou a ficha de contacto do comando manual corretamente no ponto de ligação da pega de condução.
4. Retire a almofada e os cintos de segurança.
5. Humedeça um toalhete descartável com água e retire as manchas e sujidade visíveis.
6. Pulverize detergente em todas as partes, incluindo a pega de transporte, o painel de controlo e o comando manual.
7. Pulverize detergente na almofada e nos cintos de segurança separadamente.
8. Humedeça um novo toalhete descartável com água e elimine todo o detergente.
9. Se não for possível remover o detergente, pulverize com água e limpe o excesso com um toalhete descartável.
10. Repita o procedimento até todo o detergente ter sido removido.
11. Deixe secar todas as peças.

Desinfeção

12. Pulverize desinfetante aprovado em todas as partes, incluindo a pega de transporte, o painel de controlo e o comando manual.
13. Pulverize desinfetante aprovado na almofada e nos cintos de segurança separadamente.
14. Permita que o desinfetante repouse nas peças de acordo com o tempo de desinfeção recomendado, indicado no rótulo da garrafa, ou, no mínimo, 2 minutos.
15. Limpe todos os vestígios de desinfetante utilizando toalhetes descartáveis.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.KC.07PT_1 • 06/2020

with people in mind