Flowtron ACS900

CE 2797



Indicador de red
Apagado: la alimentación de red está desconectada.
Encendido en verde: la alimentación eléctrica está conectada.

Botón de encendido
Para encender el aparato: mantenga pulsado el botón unos 2 segundos para que la bomba pase directamente al modo de espera.
Para apagar el aparato: mantenga pulsado el botón unos 2 segundos.

Botón de control central
Púlselo para iniciar el tratamiento.
Manténgalo pulsado para detener el tratamiento.

Botón de control izquierdo
Púlselo para silenciar la alarma sonora.
Manténgalo pulsado para acceder al ajuste de volumen de la alarma.

Botón de control derecho
Manténgalo pulsado para acceder al modo de reinicio del tiempo de funcionamiento del paciente.

888 mmHg **Indicador de presión de la prenda**

Indicadores de tipo de prenda e inflado

Conectada sin inflar	Conectada inflada	
		Base
		Pantorrilla (o pantorrilla y muslo) uniforme
Tri Pulse	Tri Pulse	Pantorrilla (o pantorrilla y muslo) uniforme (Tri Pulse)

1
2 **Números de los conectores del juego de tubos**

Indicador de alarma sonora silenciada

Indicador de estado de la alarma sonora
Durante la alarma: indica que la alarma puede silenciarse.

Indicadores de alarma y advertencias

Se ha detectado una alarma que podría interrumpir la terapia.

Presión baja o fuga en la prenda.

Juego de tubos doblado o bloqueado.

Temperatura alta.

Se ha detectado un error de hardware o es necesario realizar el mantenimiento periódico.

Indicador de volumen

Indicador de espera/inicialización

Indicador de inicio del tratamiento
Se muestra en el modo de espera cuando hay al menos una prenda conectada.

Indicador de parada del tratamiento
Se muestra en el modo de funcionamiento.

Indicadores de alimentación de red

La bomba está conectada a la alimentación eléctrica.

La bomba NO está conectada a la alimentación eléctrica.

Indicadores del estado de carga de la batería

Batería descargada

Batería con ¼ de carga

Batería con ½ carga

Batería con ¾ de carga

Batería cargada

888 h **Indicador de tiempo de tratamiento**

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

526936ES_04 • 02/2021

arjo
with people in mind