Citadel Plus

CE 2797

Panneau de commande soignant



Panneau de commande personnel infirmier



Télécommande patient

Panneau de commande patient



Indicateur de mise sous tension

Indicateur LED de l'état de la batterie

- Batterie totalement chargée
- Batterie en charge
- Batterie déchargée

Indicateur de système anti-piégeage (AES) – S'il est allumé, le système AES a été activé et l'obstruction doit être éliminée avant que le cadre ne s'abaisse.

Hauteur du sommier – Élever ou abaisser le sommier.

Angle du dossier – Élever et abaisser le dossier.

Section cuisses – Élever et abaisser la section cuisses.

Section mollets – Élever et abaisser la section mollets.

Extrémité inférieure de la tête (Position déclive)

Extrémité inférieure des pieds (Position proclive)

Position CPR – Aplatir le sommier et abaisser le lit.

Verrouillage des fonctions – Appuyer sur le bouton, puis sur le(s) bouton(s) du panneau de commande soignant correspondant à la/aux fonction(s) à verrouiller ou à déverrouiller. Voyant jaune = verrouillé.

arjo
with people in mind

Auto-Chair
(panneau de commande infirmier uniquement) – Appuyer et maintenir enfoncé pour atteindre la position de siège.

Abaissement Auto-Chair
(panneau de commande infirmier uniquement) – Appuyer et maintenir enfoncé pour revenir à la position horizontale.

Veilleuse sous le lit
(panneau de commande infirmier uniquement)

APPEL INFIRMIER
(disponible sur les modèles sélectionnés) – Appuyer pour demander de l'aide.

Veilleuse
(disponible sur les modèles sélectionnés) – Appuyer pour allumer la lumière.

Veilleuse allumée/éteinte
(disponible sur les modèles sélectionnés)

Son marche/arrêt (silencieux)
(disponible sur les modèles sélectionnés)

Diminution du volume
(disponible sur les modèles sélectionnés)

Augmentation du volume
(disponible sur les modèles sélectionnés)

Chaîne précédente
(disponible sur les modèles sélectionnés)

Chaîne suivante
(disponible sur les modèles sélectionnés)

Télévision marche/arrêt
(disponible sur les modèles sélectionnés)

Sous-titrage marche/arrêt
(disponible sur les modèles sélectionnés)

Panneau de commande du système de pesée





Remise à Zéro – Appuyer pour remettre à zéro le système de pesée lors de la première installation du lit ou avant qu'un nouveau patient n'y prenne place.

Auto Compensation – Appuyer pour ajouter ou enlever des éléments du lit sans modifier le poids indiqué du patient.

Poids – Appuyer pour afficher le poids.

Sélection des unités – Appuyer pour sélectionner l'unité de pesage.

Bouton silence VariZone – Appuyer pour couper le son de l'alarme de sortie de lit pendant trois minutes.

Seuil de détection des mouvements du patient – Un indicateur indique la sensibilité sélectionnée des mouvements du patient.

Lit – Appuyer pour réactiver ou activer le système de détection des mouvements du patient et augmenter la sensibilité.

Sortie – Appuyer pour réactiver ou activer le système de détection des mouvements du patient et diminuer la sensibilité.